

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L'ACQUISIZIONE MEDIANTE NOLEGGIO DI PROCESSATORI AUTOMATICI DI PREPARATI ISTOLOGICI COMPRENSIVI DI MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI (ENTE CAPOFILA), ALL'A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI SACCO E ALL' A.S.S.T. MONZA (ENTI AGGREGATI), PER UN PERIODO DI 5 ANNI, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL" - CIG 7384705359

CHIARIMENTI AI QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE

DOMANDA n. 8

Si chiede su quale importo calcolare la fideiussione sulla base quinquennale € 1.437.760,00 oppure sull'importo comprensivo di proroga 1.725.312,00.

RISPOSTA

La fideiussione va calcolata sull'importo complessivo quinquennale a base d'asta di € 1.437.760,00 oltre IVA.

DOMANDA n. 9

Si chiede se la documentazione debba essere firmata sia in modo digitale che olografo oppure se possa ritenersi necessario firmare i documenti esclusivamente con la firma digitale.

RISPOSTA

Ciascun file prodotto dovrà essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o procuratore dell'Impresa. La firma olografa non è richiesta.

DOMANDA n. 10

In relazione all'art. 15 – Manutenzione- del Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'oneri, si chiede di specificare il dettaglio delle procedure per le verifiche di sicurezza indicate con il codice PRO-P-03-IC.

RISPOSTA

Le procedure aziendali sulle verifiche sono predisposte in ottemperanza alla normativa vigente.

DOMANDA n. 11

In relazione all'art. 17 – Accettazione della fornitura Collaudo- del Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'oneri, si chiede di specificare il dettaglio delle procedure indicate con il codice PRO-P-02-IC.

RISPOSTA

Le procedure aziendali sulle verifiche sono predisposte in ottemperanza alla normativa vigente.

DOMANDA n. 12

Specificare meglio la caratteristica "possibilità di effettuare carico differenziato"

RISPOSTA

Con la caratteristica "possibilità di carico differenziato" si intende la possibilità di caricare un numero variabile di campioni da processare, utilizzando uno o più cestelli."

DOMANDA n. 13

In relazione alla richiesta di specifici reagenti citata nel CAPITOLATO TECNICO a pag. 1: "Caratteristiche generali della fornitura – Prodotti di consumo" e poi dettagliata nello schema riassuntivo di pag.2 e 3 : "Quantitativo materiale di consumo/anno..." siamo a chiedere, al fine di produrre un progetto che metta in essere una proposta congrua nel rispetto delle caratteristiche proprie di ogni singolo processatore al fine di offrire il pannello e le quantità di reagenti più adatto

rispetto alla tecnologia che ogni singola Azienda desidera sottoporre a valutazione dell'Ente appaltante, **il numero di cassette/anno che ogni singolo Centro ipotizza di processare oltre al numero di cicli indicativi che ogni Centro esegue al giorno e il numero dei giorni lavorativi/anno.**

RISPOSTA ASST MONZA

Il numero di monocassette da processare annualmente presso la sede dell'Anatomia Patologica di Monza San Gerardo è ipotizzabile tra 100000 e 120000.

In generale viene ipotizzata una sola seduta di processazione giornaliera, da effettuarsi durante la notte (come attualmente). Il numero di giorni lavorativi annuali è di circa 250, intendendo la settimana lavorativa di 5 giorni.

RISPOSTA Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori

Numero di cassette/anno che si ipotizza di processare: 151.800

Numero di cicli al giorno: 1 per ognuna delle 3 macchine

Numero di giorni lavorativi Anno (considerato il 2018): 253.

DOMANDA n. 14

In relazione all'art.19 — Integrazione con il servizio ICT (Information Communication Technology) e SIA — del Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'Oneri - nel quale viene richiesta "*..l'integrazione all'applicativo dipartimentale di laboratorio in uso garantendo l'integrazione anche in caso di aggiornamenti sia dello strumento che dell'applicazione di laboratorio*" siamo a chiedere, vista la natura della strumentazione richiesta e visto che nella sezione CAPITOLATO TECNICO ai punti Caratteristiche tecniche minime - Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione - Caratteristiche migliorative non è menzionata nè dettagliata alcuna richiesta di collegamento , se tale integrazione è da considerarsi non applicabile.

RISPOSTA ASST MONZA

Si comunica che la integrazione descritta al punto 19.3 cita:

"Nella fattispecie si dovrà garantire l'integrazione all'applicativo dipartimentale di Anatomia Patologica (Sistema Athena di Dedalus) in uso garantendo l'integrazione anche in caso di aggiornamenti sia dello strumento che dell'applicazione.

Gli eventuali costi derivanti da tali integrazioni con applicativi di ditte terze dovranno essere completamente a carico della ditta aggiudicataria. "

Si conferma la necessità che il sistema oggetto di gara sia integrato con il sistema di Anatomia Patologica.

RISPOSTA Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori

L'integrazione è da considerarsi applicabile e necessaria.

21.03.2018