



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 TOMOGRAFO ASSIALE
COMPUTERIZZATO MULTISTRATO PER LA S.C. RADIOLOGIA
DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DELLA FONDAZIONE MEDIANTE
L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL"
CIG N. 7362379B57 CUP N. B49I17000430002**

QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO N. 1

Documentazione amministrativa

Per gli allegati 1.1 – 1.3 – 4 viene chiesto "timbro società e firma".

Per patto di integrità allegato 7 viene chiesto che sia datato e firmato – poi altresì firmato digitalmente. Trattandosi di gara telematica, si chiede di confermare che per tutti i documenti è da intendersi la sola "firma digitale" del legale rappresentante o procuratore.

Conseguentemente, poiché dei documenti elencati per la documentazione amministrativa (da pag 9 a pag 11 del disciplinare di gara) viene richiesto "copia scansionata e firmata digitalmente", si chiede di confermare che per "copia scansionata" si intende "file in formato.pdf" – ciò in quanto la gara è telematica ed i documenti devono essere firmati digitalmente (privi pertanto di firma olografa).

Risposta:

Si conferma.

QUESITO N. 2

Documentazione tecnica – punto o) richiesto a pag 13 Disciplinare di Gara

Tra la documentazione richiesta viene elencato "aggiornamenti tecnologici".

Si chiede di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.

Risposta:

Non si conferma l'interpretazione proposta. Gli aggiornamenti tecnologici richiesti sono da intendersi tutti quelli che l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato per mantenere l'apparecchiatura allo stato dell'arte.